



4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Γ.Ν.Θ. "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"

Αριθ. Πρωτ. 11819
Ελήφθη την 13-3-26
Αρμόδιος υπάλληλος: Τυρπάνη Σουλτάνα

x-7. Προσκλησεις
12/3/26

Κα. Πασχαλίδου
13/3/26
A

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΑΒ. Τ.Π. - Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Δημοσιεύθηκε

18/02/2026

Τελευταία ανανέωση

ηη/μμ/εεεε

Μοναδικός Κωδικός

2026ΔΙΑΒ32272

Η/νία Λήξης

05/03/2026

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Κωνσταντινουπόλεως 49
Ταχ. Κώδικας: 54642
Πληρ: Σ.Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 2312 21 2222

Θεσσαλονίκη, 17-02-2026

Αρ.Πρωτ.: 52855/2025

Συνημμένο

📄 ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Σχόλια

Σχόλιο

Όνομα

info@aimed.gr

Δημοσιεύθηκε

05-03-2026

Άρθρο

Παρατηρήσεις επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Απινιδωτή με Μόνιτορ

Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι!

Κατόπιν ανάγνωσης των προδιαγραφών της Πρώτης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΓΝΘ «Ιπποκράτειο», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 419.354,84 € χωρίς ΦΠΑ και 520.000,00 € με ΦΠΑ, Μοναδικός Κωδικός 2026DIAB32272, σας παραθέτουμε τις παρακάτω τροποποιήσεις και βελτιώσεις, ώστε να επιτευχθεί η ισότιμη συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την υψηλή ποιότητα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ

Σχόλιο

Όνομα

SIEMENS HEALTHINEERS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Email

efstathios.mallakis@siemens-healthineers.com

Δημοσιεύθηκε

05-03-2026

Άρθρο

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ C-ARM ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Αξιότιμοι-ες κύριοι-ες,

παραθέτουμε τα σχόλια της εταιρείας μας σχετικά με τη διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών ψηφιακού ακτινοσκοπικού C-ARM για καρδιολογική χρήση:

1.C-ARM

1.1 Μεταβλητό SID – Με εύρος τουλάχιστον 95-105 cm

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τα τροχήλατα ακτινοσκοπικά C-arm της εταιρείας SIEMENS διαθέτουν SID που αντιστοιχεί σε 108 cm.

Προς αποφυγή παρερμηνιών προτείνουμε η προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής:

Σχόλιο

Όνομα

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Email

papoudis@papoudis.gr

Δημοσιεύθηκε

05-03-2026

Άρθρο

Παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών της διαβούλευσης για το σύστημα ψηφιακού ακτινοσκοπικού c-arm

Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 20726

Αριθμός Μητρώου ΓΕΜΗ: 058060404000

ΠΡΟΣ:

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΘΕΜΑ: «Διενέργεια Πρώτης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Διεθνή Δημόσιου
Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»,
συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας 110 25 1 04 Συμφορτωμένα ΦΠΑ και 500 000 00 Συμφορτωμένα ΦΠΑ**Σχόλιο****Όνομα**

FUJIFILM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Email

info@fujifilm.gr

Δημοσιεύθηκε

05-03-2026

Άρθρο

Παρατηρήσεις επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

Κύριοι,

Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, διάρκειας έως και 05/03/2026, η εταιρεία μας FUJIFILM HELLAS A.E., προτείνει τις κάτωθι αλλαγές:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ C-ARM ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. C-ARM

Σχόλιο

Όνομα

ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε

Email

tendersalcon.greece@alcon.com

Δημοσιεύθηκε

05-03-2026

Άρθρο

Πρώτη Δημόσια Διαβούλευση των ΤΠ για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

ΠΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μαρούσι, 5 Μαρτίου

2026

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Πρώτης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια

Σχόλιο

Όνομα

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν.ΑΕ

Email

tenders@papapostolou.gr

Δημοσιεύθηκε

04-03-2026

Άρθρο

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ C-ARM

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ 2026DIAB32272

Προς το:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Τμήμα Προμηθειών
Αθήνα, 04/03/2026
Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΒ000848

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Πρώτης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»,

Σχόλιο**Όνομα**

AMVIS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Email

g.papasarafianos@amvis.gr

Δημοσιεύθηκε

03-03-2026

Άρθρο

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ

Αγαπητοί συνεργάτες,

μετά την ανάρτηση των τεχνικών προδιαγραφών ενός οφθαλμολογικού μικροσκοπίου, πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμο να υποβάλλουμε τις κάτωθι προτάσεις αλλαγών, ώστε να περιγραφεί ένα πλήρως λειτουργικό οφθαλμολογικό μικροσκόπιο που θα καλύπτει τις ανάγκες της Οφθαλμολογικής Κλινικής. Συγκεκριμένα:
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το ζητούμενο Οφθαλμολογικό χειρουργικό μικροσκόπιο είναι προσανατολισμένο στις επεμβάσεις βυθού, οι οποίες και αποτελούν μόνο ένα μικρό μέρος των χειρουργικών επεμβάσεων της Οφθαλμολογικής κλινικής, ενώ ο κύριος όγκος αυτών είναι επεμβάσεις καταρράκτη. Κατά συνέπεια, εφόσον η ανάγκη για τις επεμβάσεις βυθού έχει ήδη καλυφθεί με την προμήθεια αντίστοιχου προσανατολισμού μικροσκοπίου με τον πρόσφατο διαγωνισμό

