(1)

κ-Π. Προμηθειών

17/3/26 (Ψ)

4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο»

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Γ.Ν.Θ. "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"
Αριθ. Πρωτ. 12599
Ελήφθη την 17-3-2026
Αρμόδιος επάλληλος Τσουνοΐδου Σ.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
www.ippokratio.gr

Κ Παπαδοπούλου 18/3/26

Β΄ Προπαιδευτική
Χειρουργική Κλινική Α. Π. Θ.,

Θεσσαλονίκη, 17-03-2026
Αριθ. Πρωτ.

Τηλ.: 2170

ΠΡΟΣ: Υποδιεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση πράξης σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ¨ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ¨.

Μετά τη ματαίωση του υπ αριθμόν 1947/ 01.12.2023 (ΑΔΑ:ΨΜΟΑ469067-0ΟΗ) διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ καταθέτουμε (μετά την υπ αριθμόν 467/2025 απόφαση Διοικητή), τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού μέσω του Γενικού Πρωτοκόλλου την Τρίτη 17/03/2026 στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Μιχαηλίδ Θεοδ
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
3. ΓΙΩΤΗ ΟΛΓΑ Γιώτη

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ/ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
1	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ AABR ΓΙΑ MADSEN ACCUSCREEN	2-1311040002	Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια AABR για την διενέργεια εξέτασης αυτόματων προκλητών δυναμικών για συσκευή MADSEN ACCUSCREEN	20	2,80	56.00	69.44
2	ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ 80Χ20, ΠΛΑΤΟΣ 80ΜΜ, ΜΗΚΟΣ 20Μ **ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ MAC600**	2-1311040009	ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ 80Χ20, ΠΛΑΤΟΣ 80ΜΜ, ΜΗΚΟΣ 20Μ ΤΟΥ ΚΑΡΔ. MAC600	70	1,07	74,90	92.88
3	ΛΑΜΕΣ ΝΕΟΓΝΙΚΩΝ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΩΝ 0/0 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ	2-1311040010	4.1.• Λάμα λαρυγγοσκοπίου ευθεία (τύπου Miller) No. 00 διαστάσεων 65mmX12mm 4.2 Να είναι από ματ ανοξείδωτο χάλυβα 4.3. Να φέρει άθραυστη πλαστική υποδοχή για την τοποθέτηση της στη χειρολαβή του λαρυγγοσκοπίου. 4.4. Ο φωτισμός να διέρχεται μέσω δέσμης Ø3,0mm και να αποτελείται από τουλάχιστον 3.000 μεμονωμένες οπτικές ίνες 4.5. Η δέσμη οπτικών ινών να μην αντικαθίσταται 4.6. Να φέρει ατραυματικό άκρο 4.7. Να διατίθεται σε νούμερα από 00 έως και 4 4.8. Συμβατές σύμφωνα με το Γερμανικό πρότυπο DIN ISO 7376 4.9. Να μη χρήζει συντήρησης 4.10. Να αποστειρώνονται με όλες τις σύγχρονες μεθόδους και αντοχή για τουλάχιστον 2.000 κύκλους κλιβανισμούς στους 134οC • Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 & ISO 13485 • Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ.Υ. 8δ/1348 4.10. Ο οίκος κατασκευής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 13485 4.11. Να φέρει σήμανση CE	5	55,00	275,00	341

2026DIAB33735 2026-09-30

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ/ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
4	ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟΙ **ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ NELCOR ΠΑΙΔΩΝ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ, ΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ**	2-9602101902	Συμβατός αισθητήρας οξυμετρίας μιας χρήσης νεογνών-ενηλίκων κατάλληλος για σύνδεση σε καλώδιο προέκτασης οξυμετρίας που χρησιμοποιούν τεχνολογία NELLCOR OXIMAX (9pin).	200	2,33	466,00	577,84
5	ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ NELCOR ΝΕΟΓΝΩΝ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ, ΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ	2-9602102002	Αισθητήρας παλμικού οξύμετρου, αυτοκόλλητος, ενός ασθενούς, για τα μόνιτορ 1)NELCOR ΚΑΙ 2)NELCOR OXIMAX νεογνών, ισοδύναμος των γνήσιων, των ίδιων ακριβώς δυνατοτήτων, απόλυτα σύμφωνος με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου του μηχανήματος	1500	6,95	10.425,00	12.927,00
6	ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ, ΝΕΟΓΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ **ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ DINAMAP ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΑ ΝΟ 1**	2-9602104603	Περιχειρίδες νεογνικές μονού αυλού, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Να φέρουν σήμανση CE. Να είναι από μαλακό, ελαφρύ υλικό. Να έχουν ένδειξη για την ακριβή τοποθέτηση του βραχίωνα. Να είναι κατάλληλες για τα μόνιτορ DINAMAP . Να μην περιέχουν latex. Να διαθέτουν εύκαμπτο σωλήνα μεγάλης διαμέτρου για εκτόνωση του αέρα. **ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:3 - 6 cm Νεογνική No1**	100	2,23	223,00	276,52
7	96021047,ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ, ΝΕΟΓΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ **ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ DINAMAP ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΑ ΝΟ 2**	2-9602104703	Περιχειρίδες νεογνικές μονού αυλού, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Να φέρουν σήμανση CE. Να είναι από μαλακό, ελαφρύ υλικό. Να έχουν ένδειξη για την ακριβή τοποθέτηση του βραχίωνα. Να είναι κατάλληλες για τα μόνιτορ: DINAMAP" Να μην περιέχουν latex. Να διαθέτουν εύκαμπτο σωλήνα μεγάλης διαμέτρου για εκτόνωση του αέρα. ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 4 - 8 cm Νεογνική No2	50	2,23	111,50	138,26

2026DIAB33735 2026-09-30

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ/ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
8	ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ, ΝΕΟΓΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ **ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ DINAMAP ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΑ ΝΟ 3**	2-9602104803	Περιχειρίδες νεογνικές μονού αυλού, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Να φέρουν σήμανση CE. Να είναι από μαλακό, ελαφρύ υλικό. Να έχουν ένδειξη για την ακριβή τοποθέτηση του βραχίωνα. Να είναι κατάλληλες για τα μόνιτορ: DINAMAP Να μην περιέχουν latex. Να διαθέτουν εύκαμπτο σωλήνα μεγάλης διαμέτρου για εκτόνωση του αέρα. ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: **6 - 11 cm Νεογνική No3**	30	~~2,23~~	66,90	82,956
9	ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ, ΝΕΟΓΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ **ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ DINAMAP ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΑ ΝΟ 4**	2-9602104903	Περιχειρίδες νεογνικές μονού αυλού, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Να φέρουν σήμανση CE. Να είναι από μαλακό, ελαφρύ υλικό. Να έχουν ένδειξη για την ακριβή τοποθέτηση του βραχίωνα. Να είναι κατάλληλες για τα μόνιτορ: DINAMAP Να μην περιέχουν latex. Να διαθέτουν εύκαμπτο σωλήνα μεγάλης διαμέτρου για εκτόνωση του αέρα. ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ **7 - 13 cm Νεογνική No4**	20	4,50	90,00	111,60
10	ΝΕΟΓΝΙΚΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΟΙ **ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ INO ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ OXIMAX SPO2 ΤΗΣ NELLCOR**	2-9602105201	Μετωπιαίος Νεογνικός αισθητήρας εγκεφαλικής οξυμετρίας συμβατός με σύστημα INO ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ OXIMAX SPO2 ΤΗΣ NELLCOR, να διαθέτει : 1. Πηγή εκπομπής LED αποκλειστικά μόνο σε δύο μήκη κύματος ,730nm & 810nm, έχοντας δύο φωτοανιχνευτές σε απόσταση 3cm και 4cm αντίστοιχα από τη φωτεινή πηγή. Μετρώντας το μικτό 75% φλεβικού και 25% αρτηριακού αίματος. Με πιστοποίηση σε διαφορετικά επίπεδα CO2. 2. Να προορίζεται για χρήση σε βρέφη. 3. Με πιστοποίηση α) απόστασης μεταξύ πομπού και δεκτών, β) ακρίβειας μέτρησης και γ) τεχνολογίας.	10	165,00	1.650,00	2046
						[illegible]	[illegible]

2026DIAB33735 2026-09-30